

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Suction Tube
ของจังหวัดสมุทรปราการ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายสำหรับดูดเสมหะ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ขนาดมาตรฐาน

ความยาวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนปลายสาย ยาวไม่ต่ำกว่า 50 ซม. มีเบอร์ 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ปลายสายมนเรียบมีรูเปิด 1 รู และรูด้านข้างเยื้องกัน 2 รู เพื่อป้องกันการอุดตัน
2. ปลายสายมนเรียบ เพื่อสอดสายเข้าลำคอของผู้ป่วยจะได้ไม่ระคายเคือง
3. เมื่อสายอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยจะยึดหยุ่นได้ตามอุณหภูมิของร่างกาย
4. เนื้อพลาสติกสามารถมองเห็นเสมหะภายในได้ ผิวภายนอกเรียบสม่ำเสมอไม่ระคายเคือง
5. ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ethylene Oxide Gas
6. วัตถุดิบที่ใช้งาน Pvc Compound Medical Grade Natural Color เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติไม่มีพิษต่อร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นสีธรรมชาติ ไม่มีสารพิษใดๆ เจือปน โดยได้สั่งซื้อจากบริษัทฯ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จึงทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
7. ช่องที่ใช้บรรจุ บรรจุด้วยช่อง PP ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง บรรจุ 1 ชิ้น/ช่อง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และทุกกล่องต้องระบุวันผลิต วันหมดอายุ และ Lot number
2. ผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งมอบของ
3. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองภายในประเทศไทย
4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป
5. มีเอกสารรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001, ISO13485, ISO14001, ISO18001, GMP และผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
6. ผ่านการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า 75%

1. นายธีรภัทร์ พุ่มพวง

2. นางมณีนีรัตน์ มโนรมชัชวาล

3. นางพัชรี เกษมสุข

4. นางทิวา รุ่งประทีปไพบูลย์

5. นางเบญจมาศ แสงประทีป

6. นางสาวจรรยา จันทรเนตร



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Extension Tube Length 18"

ของจังหวัดสมุทรปราการ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสายเอนกประสงค์ ใช้ต่อกับชุดให้น้ำเกลือและชุดให้เลือด ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ขนาดมาตรฐาน

18"

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สายส่งมีความยืดหยุ่น ไม่หัก พับ งอง่าย มีความใส สามารถมองเห็นสารละลายได้ชัดเจน
2. ปลายเป็นข้อต่อด้านหนึ่งเป็นข้อต่อเอนกประสงค์ สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้พอดี ไม่หลุดง่าย ไม่รั่วซึม และมีฝาปิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน
3. ปลายเป็นข้อต่อด้านหนึ่งเป็นข้อต่อ สามารถใช้ได้กับ IV Catheter ทุกขนาดหรือเข็มสำหรับผู้ป่วย มีฝาครอบเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน มียางหุ้มข้อต่อ เพื่อสะดวกในการจับหมุน IV Catheter หรือเข็มสำหรับผู้ป่วย
4. การฆ่าเชื้อ สาย EXTENSION TUBE, ได้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว โดยการอบแก๊ส ETHYLENE OXIDE
5. วัสดุที่ใช้ทำ PVC Compound Medical Grade Natural Color เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติ ไม่มีพิษต่อร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เป็นสีธรรมชาติ ไม่มีสารพิษใดๆ เจือปน โดยสั่งซื้อจากบริษัทที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จึงทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์
6. ซองที่ใช้บรรจุ ทำด้วย HIDE ซึ่งมีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันความชื้นได้ดี ทนความร้อนสูง
7. บรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ซอง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น และทุกกล่องต้องระบุวันผลิต วันหมดอายุ และ Lot number
2. ผลิตภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันส่งมอบของ
3. ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองภายในประเทศไทย
4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป
5. ผ่านการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า 75%

1. นายธีรภัทร์ พุ่มพวง
2. นางมณีนรัตน์ มโนรมชัชวาล
3. นางพัชรี เกษมสุข
4. นางทิวา รุ่งประทีปไพบูลย์
5. นางเบญจมาศ แสงประทีป
6. นางสาวจรรยา จันทน์เนตร


.....
2-2-
.....
ทั้งนี้ เกษมสุข
.....
.....
.....
.....